

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখা  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর,  
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

স্মারকনং-স্বাঃ অধিঃ/হাসঃ/PPP/SANDOR/২০২০/১৮/৩০৫

তারিখ-৪-৩-২০২০ইং

বিষয়ঃ- IP এর সভার কার্যবিবরণী বিষয়ক সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন প্রসংগে।

NIKDU তে অবস্থিত SANDOR কর্তৃক পরিচালিত ডায়ালাইসিস সেবার মান সম্মত কার্যক্রম নিশ্চিত করনের জন্য নিয়োজিত আই পি (Lab Science) এর কনসালটেন্ট গন গত ১৭-০২-২০২০ইং তারিখে NIKDU তে ডায়ালাইসিস সেবা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন পরবর্তী সভার কার্যবিবরণী প্রেরন করেন। কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের জন্য অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

বিতরণঃ-

মোঃ এ আর সরকার, কান্ট্রি হেড ও ডাইরেক্টর  
SANDOR(pvt) Ltd

*C. A. Hasan* 4/3/2020  
(ডাঃ মোঃ আমিনুল হাসান)

পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ)  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা -১২১২

Email:directorhospital@ld.dghs.gov.bd

ফোন নং-৫৫০৬৭১৫০/৫৫০৬৭১৫১

স্মারকনং-স্বাঃ অধিঃ/হাসঃ/PPP/SANDOR/২০২০/১৮/৩০৫/১(২)

তারিখ-৪-৩-২০২০ইং

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরিত হল।

- ১। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ আঃ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব।
- ২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (দৃ আঃ-সহকারী পরিচালক (সমন্বয়)।
- ৩। অতিরিক্ত সচিব(হাসপাতাল) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। যুগ্ম সচিব (মনিটরিং ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান) স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
- ৫। অফিস কপি -----।

(ডাঃ মোঃ আমিনুল হাসান)

পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ)  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা -১২১২

Email:directorhospital@ld.dghs.gov.bd

ফোন নং-৫৫০৬৭১৫০/৫৫০৬৭১৫১

# সভার কার্যবিবরণী

পিপিপি প্রকল্পের ডায়ালাইসিস সেন্টার পরিচালনা সংক্রান্ত Independent Panel

## সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ ডাঃ সুফিয়া শিরিন ডেপুটি ডিরেক্টর NIKDU

সভার স্থানঃ Conference Room, NIKDU

সভার তারিখঃ ১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০২০ খ্রিঃ

সভার সময়ঃ সকাল ০৯:৩০

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। ১৭/০২/২০২০ তারিখে Independent Panel এর ১ম সভা এবং পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থাপিত বিষয়াবলী বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়ঃ

নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১.	NIKDU এবং Sandor এর মধ্য কাজের সমন্বয় হওয়া দরকার। এজন্য প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক নির্দেশনা জরুরী প্রয়োজন যেখানে Sandor এর কর্মকান্ড দেখাশোনা, পর্যালোচনা, সাফল্য এবং ব্যর্থতার সাথে NIKDU কে অংশীদার করা প্রয়োজন।	মন্ত্রনালয় কে অবহতি করার জন্য পরিচালক হাসপাতাল কে অনুরোধ করা হয়েছে।
২.	রেজিস্টার/নথি গুলো চালু এবং update রাখা প্রয়োজন। (ক) RO Water এর মাসিক CFU Count (Microbiological Report). (খ) Reserve Tank এর CFU Count (Microbiological Report). (গ) HD Machine এর বিভিন্ন জায়গা হতে পানির sample এর CFU Count (Microbiological Report). (ঘ) Re-use fluid এর CFU Count (Microbiological Report) করা উচিত। (ঙ) Three monthly RO water এর chemical reports. করা উচিত। (চ) RO water এর maintenance schedule করতে হবে।	SANDOR কে বিষয়টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়।
৩.	RO Plant এর ব্যবস্থাপনা খুব ই জটিল ভাবে তৈরী করা হয়েছে এবং UV light ব্যবহার সহ নানাবিধ ব্যবস্থা মানসম্মত নয়।	SANDOR কে বিষয়টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়।

৪.	HCV Positive patient দের রুম এর মধ্য দিয়ে Negative Patient দের রুমে RO Water এর সরবারহ নেয়া হয়েছে। এবং একই পাইপ দিয়ে Positive Patient দের RO Water supply করে পরে Negative Patient দের RO দেয়া হয়েছে। এই পদ্ধতি গ্রহন যোগ্য নয়। অবশ্যই Positive Patient দের জন্য আলাদা সরবারহ line তৈরী করতে হবে।	SANDOR কে বিষয়টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ দেয়া হয়।
৫.	Re use করার সময় সমস্ত Dialyzer এর Blood এবং dialysate এর lock গুলো এক জায়গায় রাখা হয়েছে এবং একজনের lock অন্যদের ব্যবহার করা হচ্ছে, ইহা মারাত্মক অন্যায়। অবিলম্বে correction এর ব্যবস্থার নেয়া দরকার।	SANDOR কে বিষয়টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ দেয়া হয়।
৬.	পুরো Department এর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা গ্রহনযোগ্য নয়।	SANDOR কে বিষয়টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ দেয়া হয়।
৭.	Dialysis Bed খালী হবার পূর্বেই কিছু রোগী আসেন যারা বেশী অসুস্থ। এক্ষেত্রে তাদের অপেক্ষার জন্য কয়েকটি বিছানা থাকা দরকার। যেখানে জরুরী চিকিৎসা সহ এবং অক্সিজেন দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।	SANDOR কে বিষয়টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ দেয়া হয়।
৮.	HD শেষ হলে অনেক রোগী অসুস্থ বোধ করেন তাদের বিশ্রামের জন্য কোন বিছানা নাই। HD এর পূর্বে এবং পরে অসুস্থ রোগীদের বিশ্রামের জন্য ৩-৪ টি Bed এর ব্যবস্থা রাখার জন্য সুপারিশ করা হল।	SANDOR কে বিষয়টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ দেয়া হয়।
৯.	ডায়ালাইসিস Centre এ কোন Cardiac monitor বা জীবন রক্ষাকারী কোন ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় নাই। জরুরী অবস্থার জন্য এই ব্যবস্থা থাকা দরকার।	SANDOR কে বিষয়টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশ দেয়া হয়।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।





অধ্যাপক ব্রিগে (অব) মামুন মোস্তাফী অধ্যাপক ডাঃ মুহিবুর রাহমান অধ্যাপক ডাঃ হারুন আর রশিদ

## Attendance sheet

Date: 17<sup>th</sup> February 2020

Venue: Conference Room, NIKDU

Sl #	Name	Designation	Mobile	Signature
1.	Dr. Hameed Ur Rasheed	President Kidney forum	01819247299	
2.	DR. md. Shafiqur Rahman	AD-HOS-1 DGHS	01712655493	
3.	Faruk Ahmed	IP	01711319881	
4.	MASUM-E-RABBANI	IP	01742-383381	
5.	Muhammad AR SAHUKER	DIRECTOR SAHUKER	01721 845644	
6.	Dr. Sufia shirin	Deputy Director NIKDU	01727 734732	 29/02/2020
7.	Dr. Nanda Dulal Saha	AD NIKDU	01721972000	 17.02.2020
8.	Prof. Prip Azeem Momin Moini (Rtd)	GSV Med College	01713-03-5346	
9.	Prof. Mubibur Rahman	Prof. Nephrology Popenla, Medical College	01819229042	
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				