


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
হাসপাতাল ও ক্লিনিক শাখা
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা

স্মারক নং-স্বাঃঅধিঃ/হাসঃ/PPP/SANDOR/১৮/৩০৬

তারিখঃ ০৪-০৩-২০২০খ্রি.

বিষয়ঃ NIKDU তে অবস্থিত ডায়ালাইসিস সেন্টারের IP এর সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত বিষয়ক।

সম্প্রতি NIKDU তে অবস্থিত ডায়ালাইসিস সেন্টারের সভায় মান সম্মত কার্যক্রম নিশ্চিত করনের জন্য Lab Science কে IP হিসাবে নিয়োজিত করার হয়। গত ১৭-০২-২০২০ IP এর ১ম সভার কার্যবিবরণী ১ম সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডায়ালাইসিস সেন্টারের কার্যক্রম স্থানীয়ভাবে মনিটরিং এর জন্য NIKDU কে অন্তর্ভুক্ত করা সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট (একজন অধ্যাপক, একজন সহযোগী অধ্যাপক ও একজন সহকারী অধ্যাপক) একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা NIKDU কে প্রদান করা যেতে পারে।


(ডাঃ মোঃ আমিনুল হাসান)

পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২
Email:directorhospital@ld.dghs.gov.bd
ফোন: ০২-৫৫০৬৭১৫০ ফ্যাক্স নং: ৫৫০৬৭১৫১

বিতরণঃ

অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল)
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-স্বাঃঅধিঃ/হাসঃ/PPP/SANDOR/১৮/৩০৬

তারিখঃ ০৪-০৩-২০২০খ্রি.

অনুলিপিঃ

- ১। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (দৃঃআঃ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব)
- ২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (দৃঃআঃ উপ-পরিচালক, সমন্বয়)
- ৩। পরিচালক, NIKDU, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। কান্ট্রি ডিরেক্টর, লাইন ডিরেক্টর, SANDOR (Pvt) Ltd.
- ৫। অফিস কপি।

(ডাঃ মোঃ আমিনুল হাসান)
পরিচালক (হাসপাতাল ও ক্লিনিক সমূহ)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২
Email:directorhospital@ld.dghs.gov.bd
ফোন: ০২-৫৫০৬৭১৫০ ফ্যাক্স নং: ৫৫০৬৭১৫১

সভার কার্যবিবরণী

পিপিপি প্রকল্পের ডায়ালাইসিস সেন্টার পরিচালনা সংক্রান্ত Independent Panel

সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ ডাঃ সুফিয়া শিরিন ডেপুটি ডিরেক্টর NIKDU

সভার স্থানঃ Conference Room, NIKDU

সভার তারিখঃ ১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০২০ খ্রিঃ

সভার সময়ঃ সকাল ০৯:৩০

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। ১৭/০২/২০২০ তারিখে Independent Panel এর ১ম সভা এবং পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থাপিত বিষয়াবলী বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়ঃ

নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত
১.	NIKDU এবং Sandor এর মধ্য কাজের সমন্বয় হওয়া দরকার। এজন্য প্রয়োজনীয় দাপ্তরিক নির্দেশনা জরুরী প্রয়োজন যেখানে Sandor এর কর্মকান্ড দেখাশোনা, পর্যালোচনা, সাফল্য এবং ব্যর্থতার সাথে NIKDU কে অংশীদার করা প্রয়োজন।	মন্ত্রনালয় কে অবহতি করার জন্য পরিচালক হাসপাতাল কে অনুরোধ করা হয়েছে।
২.	রেজিষ্টার/নথি গুলো চালু এবং update রাখা প্রয়োজন। (ক) RO Water এর মাসিক CFU Count (Microbiological Report). (খ) Reserve Tank এর CFU Count (Microbiological Report). (গ) HD Machine এর বিভিন্ন জায়গা হতে পানির sample এর CFU Count (Microbiological Report). (ঘ) Re-use fluid এর CFU Count (Microbiological Report) করা উচিত। (ঙ) Three monthly RO water এর chemical reports. করা উচিত। (চ) RO water এর maintenance schedule করতে হবে।	SANDOR কে বিষয়টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়।
৩.	RO Plant এর ব্যবস্থাপনা খুব ই জটিল ভাবে তৈরী করা হয়েছে এবং UV light ব্যবহার সহ নানাবিধ ব্যবস্থা মানসম্মত নয়।	SANDOR কে বিষয়টির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়।

৪.	HCV Positive patient দেৱ ৰুম এৱ মধ্য দিয়ে Negative Patient দেৱ ৰুমে RO Water এৱ সৱবাৱহ নেয়া হয়েছে। এৱং একই পাইপ দিয়ে Positive Patient দেৱ RO Water supply কৱে পৱে Negative Patient দেৱ RO দেয়া হয়েছে। এই পদ্ধতি গ্ৰহন যোগ্য নয়। অবশ্যই Positive Patient দেৱ জন্য আলাদা সৱবাৱহ line তৈৰী কৱতে হবে।	SANDOR কে বিষয়টিৰ জন্য প্ৰয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্ৰহনেৰ নিৰ্দেশ দেয়া হয়।
৫.	Re use কৱাৰ সময় সমস্ত Dialyzer এৱ Blood এৱং dialysate এৱ lock গুলো এক জায়গায় রাখা হয়েছে এৱং একজনেৰ lock অন্যদেৱ ব্যবহাৰ কৱা হচ্ছে, ইহা মাৱাত্মক অন্যায়। অবিলম্বে correction এৱ ব্যবস্থাৰ নেয়া দৱকাৰ।	SANDOR কে বিষয়টিৰ জন্য প্ৰয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্ৰহনেৰ নিৰ্দেশ দেয়া হয়।
৬.	পুৱো Department এৱ পৱিষ্কাৰ পৱিছন্নতা গ্ৰহনযোগ্য নয়।	SANDOR কে বিষয়টিৰ জন্য প্ৰয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্ৰহনেৰ নিৰ্দেশ দেয়া হয়।
৭.	Dialysis Bed খালী হবাৱ পূৰ্বেই কিছু ৰোগী আসেন যাৱা বেশী অসুস্থ। এম্ফেত্ৰে তাদেৱ অপেক্ষাৰ জন্য কয়েকটি বিছানা থাকা দৱকাৰ। যেখানে জৰুৰী চিকিৎসা সহ এৱং অক্সিজেন দেয়াৰ ব্যবস্থা থাকবে।	SANDOR কে বিষয়টিৰ জন্য প্ৰয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্ৰহনেৰ নিৰ্দেশ দেয়া হয়।
৮.	HD শেষ হলে অনেক ৰোগী অসুস্থ বোধ কৱেন তাদেৱ বিশ্ৰামেৰ জন্য কোন বিছানা নাই। HD এৱ পূৰ্বে এৱং পৱে অসুস্থ ৰোগীদেৱ বিশ্ৰামেৰ জন্য ৩-৪ টি Bed এৱ ব্যবস্থা রাখাৰ জন্য সুপাৰিশ কৱা হল।	SANDOR কে বিষয়টিৰ জন্য প্ৰয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্ৰহনেৰ নিৰ্দেশ দেয়া হয়।
৯.	ডায়ালাইসিস Centre এ কোন Cardiac monitor বা জীবন ৰক্ষাকাৰী কোন ব্যবস্থা পৱিলক্ষিত হয় নাই। জৰুৰী অবস্থাৰ জন্য এই ব্যবস্থা থাকা দৱকাৰ।	SANDOR কে বিষয়টিৰ জন্য প্ৰয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্ৰহনেৰ নিৰ্দেশ দেয়া হয়।










সভায় আৱ কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাৰ সমাপ্তি ঘোষণা কৱা হয়।

অধ্যাপক ব্ৰিগে (অব) মামুন মোস্তাফী অধ্যাপক ডাঃ মুহিবুৰ ৰাহমান অধ্যাপক ডাঃ হাৰুন আৱ ৰশিদ

Attendance sheet

Date: 17th February 2020

Venue: Conference Room, NIKDU

Sl #	Name	Designation	Mobile	Signature
1.	Dr. Harun Ur Rasheed	President Kidney Foundation	01819247299	
2.	DR. md. Shafiqur Rahman	AD-HOS-1 DEHS	01712655993	
3.	Faruk Ahmed	IP	01711319881	
4.	MASUM-E-RABBANI	IP	01742-383381	
5.	Muhammad AR SAOUER	DIRECTOR SAKUN DISTRICT	01721 845644	
6.	Dr. Sufia Shamin	Deputy Director NIKDU	01727 734732	 59/02/2020
7.	Dr. Nanda Dulal Saha	AD NIKDU	01721972000	 17.2.2020
8.	Prof. Prip Ali Mamon Mostafi (Rtd)	GSV Med College	01713-03-5346	
9.	Prof. Mubibur Rahman	Prof. Nephrology Popular Medical College	01819229042	
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				